



中华人民共和国国家标准

GB/T 17257.2—2009/ISO 8669-2:1996
代替 GB/T 17257.2—1998、GB/T 17257.3—1998、GB/T 17257.4—1998

集尿袋 第2部分：要求和检验方法

Urine collection bags—
Part 2: Requirements and test methods

(ISO 8669-2:1996, IDT)

2009-03-16 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 要求	1
5 一般检验条件	2
6 检验方法	2
7 检验报告	9
附录 A (规范性附录) 集尿袋的尺寸	11

前 言

GB/T 17257《集尿袋》分为二部分。

——第1部分：术语

——第2部分：要求和检验方法

本部分为GB/T 17257的第2部分。

本部分等同采用ISO 8669-2:1996《集尿袋 第2部分：要求和检验方法》(英文版)。

本部分代替GB/T 17257.2—1998、GB/T 17257.3—1998、GB/T 17257.4—1998。

本部分与GB/T 17257.2~17257.4—1998相比主要变化如下：

——将GB/T 17257.2—1998、GB/T 17257.3—1998、GB/T 17257.4—1998合并为GB/T 17257的本部分。其中，GB/T 17257.2、GB/T 17257.3、GB/T 17257.4分别作为GB/T 17257本部分第4章4.9、4.1和4.2的内容；

——增加了部分术语和定义；

——增加了加载泄漏、冲击泄漏、单向阀回流流量、附件强度、导入管强度的要求和相应检验方法。

本部分的附录A为规范性附录。

本部分由中华人民共和国民政部提出。

本部分由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本部分起草单位：国家康复器械质量监督检验中心、中国康复研究中心、北京红祥聚科贸有限公司。

本部分主要起草人：贾亚玲、史文博、张红涛、蔡志强。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17257.2—1998。

——GB/T 17257.3—1998。

——GB/T 17257.4—1998。

集尿袋

第 2 部分:要求和检验方法

1 范围

GB/T 17257 的本部分规定了下列开口式和闭口式贮尿袋的要求和检验方法。

- a) 穿在身上的集尿袋(穿着式);
- b) 用挂钩或落地架悬挂的集尿袋(非穿着式)。

本部分不适用于尿道再生手术、女用和儿童用集尿袋。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 17257 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 17257.1 集尿袋 第 1 部分:术语 (GB/T 17257.1—2009,ISO 8669-1:1988, IDT)

3 术语和定义

GB/T 17257.1 中确定的和下列术语和定义适用于本部分。

3.1

闭口式贮尿袋 closed-ended urine collection bag

没有排放开口的软性尿收集袋。

3.2

开口式贮尿袋 open-ended urine collection bag

有排放开口的软性尿收集袋。

3.3

额定容量 rated volume

贮尿袋容量,用 mL 表示,由生产厂家规定。

3.4

测试量 test volume

测试量是在检验贮尿袋的强度和抗渗漏时,向贮尿袋注入液体的量(测试容积)或施加力的量(见 6.1)。

4 要求

4.1 额定容积

按 6.1 测试后,贮尿袋的额定容积不应大于测试容积。

4.2 空载泄漏

按 6.2 检验后,贮尿袋不应泄漏。

4.3 加载泄漏

按 6.3 检验后,贮尿袋不应泄漏。