

ICS 11.140
G 45



中华人民共和国国家标准

GB 7543—1996

橡 胶 医 用 手 套

Rubber surgical gloves

1996-12-20 发布

1997-03-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

橡胶医用手套

Rubber surgical gloves

GB 7543—1996

代替 GB 7543—87

本标准非等效采用 ISO/DIS 10282:1990《一次性使用无菌外科橡胶手套规范》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了医疗手术用橡胶手套的技术要求及抽样方法。
本标准适用于天然胶乳制成的医用手套。

2 引用标准

GB/T 528 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能测定
GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB 2941 橡胶试样环境调节和试验标准温度、湿度及时间
GB/T 3512 橡胶热空气老化试验方法
GB/T 5723 硫化橡胶或热塑性橡胶试验用试样和制品尺寸的测定
GB/T 14831 胶乳制品蒸汽老化试验方法

3 分类

按品种可分为两类：
光面：手套表面光滑；
非光面：手套表面有纹理或麻面。

4 材料

手套应由天然浓缩胶乳制造。所采用的任何材料应安全无害。任何利于穿戴手套的表面处理，如粉末隔离剂、润滑剂应按要予以说明，任何表面处理剂应是生物可吸收的。

5 结构

- 5.1 手套的大拇指应在食指前面，而不在其侧面，以便于操作。
- 5.2 袖口卷边应紧密完整，而没有扭转。

6 技术要求

6.1 规格

手套主要部位的尺寸按 7.1 进行测量，应符合表 1 规定。