



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16932.3—2009  
代替 GB/T 16932.3—1997

---

## 尿吸收器具 第 3 部分：产品类型的标识

Urine absorbing aids—  
Part 3: Identification of product types

(ISO 9949-3:1993, Urine absorbing aids—Vocabulary—  
Part 3: Identification of product types, MOD)

2009-09-30 发布

2009-12-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

GB/T 16932《尿吸收器具》分为三个部分：

- 第 1 部分：尿失禁类型的术语；
- 第 2 部分：产品的术语；
- 第 3 部分：产品类型的标识。

本部分为 GB/T 16932 的第 3 部分。

本部分修改采用 ISO 9949-3:1993《尿吸收器具 术语 第 3 部分：产品类型的标识》(英文版)。

本部分与 ISO 9949-3:1993 的主要差异：

- 本部分第 1 章“范围”中与 ISO 9999:1992 对应的 GB/T 16432—1996 更新为与 ISO 9999:2002 对应的 GB/T 16432—2004。

本部分代替 GB/T 16932.3—1997《尿吸收器具 第 3 部分：产品类型的标识》。

本部分与 GB/T 16932.3—1997 相比主要变化为：

- 第 1 章“范围”GB/T 16432—1996 更新为 GB/T 16432—2004。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中华人民共和国民政部提出。

本部分由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本部分起草单位：国家康复辅具研究中心。

本部分主要起草人：马凤领、刘俊玲、王丽婷。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 16932.3—1997。

# 尿吸收器具

## 第 3 部分：产品类型的标识

### 1 范围

GB/T 16932 的本部分规定了一套在分类和编码的基础上对尿吸收器具产品进行标识的体系。  
本分类体系是 GB/T 16432—2004《残疾人辅助器具 分类和术语》的子分类。  
本部分适用于康复医疗及相关领域。

### 2 分类

2.1 尿吸收器具应根据 2.2~2.4 中给定的标准分类。如果该产品包含一个以上部件,则每个部件也均应按此分类。

2.2 产品或部件第一级应分类如下:

- a) 贴身式;
- b) 非贴身式。

2.3 产品或部件第二级应分类如下:

- a) 男性专用;
- b) 女性专用;
- c) 男性、女性通用。

2.4 产品或部件第三级应分类如下:

- a) 有强吸水性材料;
- b) 有隔水层;
- c) 贴身式产品的固定用具;
- d) 非贴身式产品的放置用具。

### 3 数字、代码、标定

以上三级分类分别对应分类的三要素,每一要素都给定一个数字代码,如表 1 所示。任何产品或部件的代码均由三要素给定的数字代码组合来表示。

表 1 用于标识尿吸收器具进行分类的数字代码

要素,已在第 2 章中给定	使用目的或设计特性	数字代码
2.2a)	贴身式	1
2.2b)	非贴身式	2
2.3a)	男性专用	01
2.3b)	女性专用	02
2.3c)	男性、女性通用	12
2.4a)	强吸水性	1
2.4b)	隔水层	2
2.4c)	固定用具	3
2.4d)	放置用具	4